



Product Service

# ZERTIFIKAT

Nr. Z1A 012906 0523 Rev. 00

Zertifikatsinhaber:



**DÜPERTHAL SICHERHEITSTECHNIK  
GMBH & Co. KG**

Frankenstraße 3  
63791 Karlstein  
DEUTSCHLAND

Prüfzeichen:



Produkt:

**Sicherheitsschränke**

Geprüft nach:

DIN EN 14470-2:2006  
EK5/AK4 21-01:2021  
DIN EN 16121:2024  
DIN EN 16122:2012  
AfPS GS 2019:01 PAK

Mit diesem Zertifikat erkennt die GS-Stelle der TÜV SÜD Product Service GmbH im Rahmen ihrer Benennung dem genannten Zertifikatsinhaber für das ausgewiesene Produkt mit der genannten Modellbezeichnung das GS-Zeichen gemäß § 20 ProdSG zu. Das Produkt entspricht hinsichtlich der Gewährleistung von Sicherheit und Gesundheit den Anforderungen des § 20 Abs. 3 ProdSG. Auf die Pflichten des Herstellers gemäß § 24 ProdSG wird hingewiesen. Das zertifizierte Produkt kann mit den oben abgebildeten Prüfzeichen gekennzeichnet werden. Eine Veränderung der Darstellung der Prüfzeichen ist nicht erlaubt. Die Übertragung eines Zertifikats durch den Zertifikatsinhaber an Dritte ist unzulässig. Das Zertifikat ist gültig bis zum angegebenen Zeitpunkt, sofern es nicht früher gekündigt wird. Alle anwendbaren Anforderungen der Prüf-, Zertifizierungs-, Validierungs- und Verifizierungsordnung der TÜV SÜD Gruppe müssen erfüllt sein. Details siehe bitte: [www.tuvsud.com/ps-zert](http://www.tuvsud.com/ps-zert)

Bericht Nr.: 034-713310065-000

Gültig bis: 2029-07-02

Datum, 2024-07-03

*Horst Kristen*

( Horst Kristen )

# ZERTIFIKAT

Nr. Z1A 012906 0523 Rev. 00

**Modell(e):** SUPREME standard, SUPREME pro

**Kenndaten:**

SUPREME standard	
Modelltyp	ca. Baugröße (Breite x Tiefe x Höhe in mm)
S	595 x 610 x 1375
M	595 x 610 x 2030
L	895 x 610 x 2030
XL	1195 x 610 x 2030
XXL	1395 x 610 x 2030

SUPREME pro	
Modelltyp	ca. Baugröße (Breite x Tiefe x Höhe in mm)
S	595 x 610 x 1375
M	595 x 610 x 2030
L	895 x 610 x 2030
XL	1195 x 610 x 2030
XXL	1395 x 610 x 2030

Feuerwiderstandsfähigkeit: FWF 90

Eine ausführliche Beschreibung der Kenndaten befindet sich im Prüfbericht.