



Product Service

ZERTIFIKAT

Nr. Z1A 012906 0525 Rev. 00

Zertifikatsinhaber:



**DÜPERTHAL SICHERHEITSTECHNIK
GMBH & Co. KG**

Frankenstraße 3
63791 Karlstein
DEUTSCHLAND

Prüfzeichen:



Produkt:

Sicherheitsschränke

Geprüft nach:

DIN EN 14470-1:2023
EK5/AK4 21-01:2021
DIN EN 16121:2024
DIN EN 16122:2012
AfPS GS 2019:01 PAK

Mit diesem Zertifikat erkennt die GS-Stelle der TÜV SÜD Product Service GmbH im Rahmen ihrer Benennung dem genannten Zertifikatsinhaber für das ausgewiesene Produkt mit der genannten Modellbezeichnung das GS-Zeichen gemäß § 20 ProdSG zu. Das Produkt entspricht hinsichtlich der Gewährleistung von Sicherheit und Gesundheit den Anforderungen des § 20 Abs. 3 ProdSG. Auf die Pflichten des Herstellers gemäß § 24 ProdSG wird hingewiesen. Das zertifizierte Produkt kann mit den oben abgebildeten Prüfzeichen gekennzeichnet werden. Eine Veränderung der Darstellung der Prüfzeichen ist nicht erlaubt. Die Übertragung eines Zertifikats durch den Zertifikatsinhaber an Dritte ist unzulässig. Das Zertifikat ist gültig bis zum angegebenen Zeitpunkt, sofern es nicht früher gekündigt wird. Alle anwendbaren Anforderungen der Prüf-, Zertifizierungs-, Validierungs- und Verifizierungsordnung der TÜV SÜD Gruppe müssen erfüllt sein. Details siehe bitte: www.tuvsud.com/ps-zert

Bericht Nr.: 713332584

Gültig bis: 2029-12-03

Datum, 2024-12-04

Horst Kristen

(Horst Kristen)



ZERTIFIKAT

Nr. Z1A 012906 0525 Rev. 00

Modell(e): COOL standard LL, COOL dual LL

Kenndaten:

COOL standard	
Modelltyp	ca. Baugröße (Breite x Tiefe x Höhe in mm)
LL	894 x 791 x 2050

COOL dual	
Modelltyp	ca. Baugröße (Breite x Tiefe x Höhe in mm)
LL	894 x 791 x 2050

Feuerwiderstandsfähigkeit: FWF 90

Die in den Sicherheitsschränken eingebauten Kühlschränke sowie die Abluftüberwachungseinheiten waren kein Bestandteil der Prüfung.

Eine ausführliche Beschreibung der Kenndaten befindet sich im Prüfbericht.